

Техническая спецификация

Стандарт-титр рН-метрии	Стандарт-титры рН-метрии 2 разряда, набор 6 значений рН (1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43) для буферных растворов
Пробоотборник ПН-1	Латунный для отбора проб нефтепродуктов ПН-1 высокий цельнометаллический
Пробоотборник ПЭ-1650	Для отбора проб нефтепродуктов с тросом. Погружной для жидкости, из нержавеющей стали, объем 1 л., каркасный для бутылок
Пробоотборная трубка ПН-6	Пробоотборная трубка ПН-6 для отбора пробы «И-М»
Термометр	ТН-1 № 1 от 0 до +170С ртуть
СТ Трилон Б 0,1 Н	Соль тетрауксусной кислоты 2-водная Трилон Б для приготовления растворов точно известной концентрации
Карандаш	По стеклу
Цилиндр	Лабораторный, полипропиленовый объем 1000 мл.
Кислота янтарная	химически чистый, ГОСТ 6341-75
Ареометр	АНТ-1, диапазон измерения плотности 770-830 кг/м ³ , ГОСТ 18481-81 для нефти
Бумага ИКТ	Индикатор качества топлива (авиационного), внешний вид: два однородных листа фильтрующий материал №1 белого цвета, №2 от светло желтого до желтого цвета скрепленный между собой по одному краю размер 50мл * 30 мл
Термометр	ТЛ-2 исп. №5 от 0 до +360С ртуть
Бюретка	С автоматическим обнулением, для определения кислотности, цена деления 0,01 см ³ , объем 10 мл, стекло
Нитразиновый желтый	Порошок чистый для анализа
Корзина-переноска	Для бутылок из проволоки, покрытая полипропиленом, переноска на 6 бутылок 1 л.
Аппарат-измеритель ПЭ-7200И (ИНП-ЛШ)	Прибор определения температуры начала кристаллизации топлива ПЭ-7200И(ИНП-ЛШ)(был зарегистрирован в Реестре обеспечения единства измерений РК)
Полотенце	Столовое, из хлопка, вафельное, размер 70*40 см, ГОСТ 11027-80
Государственный стандартный образец РЭВ-10 000	РЭВ-10 000 определение динамической вязкости противообледенительных жидкостей от 8000-15000м.Пас.
Государственный стандартный образец РЭВ-2 ЭК	Вязкости для нефтепродукта РЭВ-2-ЭК ГСО 9498-2009МСО 1724:2011(при 20С) 250 мл.

Государственный стандартный образец ТВЗТ-30ЭК	ТВЗТ-30ЭК Температура вспышки в закрытом тигле 250 мл
Государственный стандартный образец ТВОТ-80-ЭК	ТВОТ-80-ЭК Температура вспышки в открытом тигле
Государственный стандартный образец ПЛ-780-ЭК	ПЛ-750-ЭК Определения плотности жидкости нефтепродуктов (770-830)
Государственный стандартный образец ФС-Б-ЭК	ФС-Б-ЭК фракционного состава нефти и нефтепродукта
Государственный стандартный образец ТТЗ-50-ЭК	ТТЗ-50-ЭК Температуры начала кристаллизации
Государственный стандартный образец ПЛ-810-ЭК	ПЛ-810-ЭК Определения плотности жидкости нефтепродуктов (710-770) 250 мл.
Вискозиметр	Капиллярный,стеклянный типа ВПЖ-4 диаметр капилляра 0,62 для определения вязкости прозрачных жидкостей ГОСТ 10028-81
Водород хлорид (кислота соляная)	Стандарт-титр HCl 0,1 Н
Ареометр	АНТ-1, диапазон измерения плотности 710-770 кг/м3, ГОСТ 18481-81 для нефти
Нефрас	марка СЗ-80/120, плотность при 20°C не более 730 кг/м3, массовая доля общей серы не более 0,02%
Калий фталевокислый кислый (Калий бифталат)	Порошок (чда)
Спирт	Этиловый,высший сорт,96,2%ГОСТ 18300-87
Уротропин	(гексаметилентетрамин, гексамин), кристаллы, марка С, ГОСТ 1381-73
Ацетон	чистый для анализа, ГОСТ 2603-79
Термометр	ТЛ-2 исп. 2 №2, диапазон измерения температуры 0-100 °С керосин
Стеклянная система для вакуумной фильтрации	Стеклянная вакуумная система «DURAN» Держатель фильтров,для, фильтров диаметром 47-50 мм.
Пробирки стеклянные для прибора АТКт-02	ООО «Спецнефтехимавтоматика».Внутренняя пробирка-наружный диаметр 25 мм. (+ - 1мм)
Пробирки стеклянные для прибора АТКт-02	ООО «Спецнефтехимавтоматика».Наружная пробирка-внутренний диаметр 28 мм.(+ - 1мм)

Начальник службы ГСМ

Тажобаев Т.Т.